



SERNAPAM

Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental



Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL


En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 12:00 horas, del 15 de agosto de 2014, en la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales de la Dirección General de Administración, ubicada en: Prolongación de Avenida 27 de Febrero, explanada plaza de toros, s/n, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación Pública Nacional No. **LA-927015998-N5-2014**, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), Artículos 45 y 46 del Reglamento de la misma Ley (en adelante Reglamento), así como del numeral III Formas y términos que rigen los diversos actos del procedimiento de la Licitación Pública.

Este acto es presidido por el **Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales** en representación del **C.P. José de la Cruz Rueda Hernández**, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM, quien al inicio de ésta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se recibieron en tiempo y forma, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El representante del Presidente, es asistido por los representantes de las Áreas solicitantes siguientes: **Ing. Ana Graciela López Ovando**, en representación de la Dirección de Gestión y Prevención Ambiental; **Ing. María Jesús Peralta Almeida**, en representación de la Dirección de Desarrollo Comunitario; **Ing. Rubí Gómez Díaz**, en representación de la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones; **Biol. Verónica García Ordoñez**, en representación de la Dirección de Servicios Ambientales; **Lic. Ramón Cruz de la Cruz**, en representación de la Dirección de Ordenamiento Ecológico; **Tec. Cuauhtémoc Córdoba Izquierdo**, en representación de la Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales; los cuales solventaron las **preguntas de carácter técnico** y las aclaraciones presentadas por la convocante, así como el Jefe de la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales, como Área Contratante, el cual solventó las **preguntas de carácter administrativo**, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El representante del Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria de acuerdo al Anexo No. 5 de la convocatoria y el Escrito de interés en participar en

A y [Handwritten signatures and initials]



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014	SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación	

la licitación de acuerdo al Anexo No. 5 de conformidad con la convocatoria, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. de PREGUNTAS
1	Jivra Computers & System, S.A. de C.V.	5
2	Grupo Comsurlab, S.A. de C.V.	23
3	Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A. de C.V.	9
4	Impulsora Nacional de Innovación Tecnológica, S.A. de C.V.	1
5	Daniel de la Cruz López	3
6	Comercializadora Computel del Sureste, S.A. de C.V.	7
7	Reactivos, Instrumentos, Materiales y Equipos de Diagnósticos, S.A. de C.V.	5
8	Representaciones Mexicanas de Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V.	7
9	Jorge Luis Díaz Lara	10
10	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	11
11	Praxair México, S. de R.L. de C.V.	10
12	Herramientas, Filtros y Especialidades, S.A. de C.V.	4

Se hace constar que los siguientes Licitantes, presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

- 1.- Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V.
- 2.- Marco Antonio Pérez Cacep
- 3.- Perkin Elmer de México, S.A. de C.V.
- 4.- Santandreu, S.A. de C.V.


La convocante realizó la siguiente aclaración correspondiente al Anexo A de la Convocatoria a la Licitación:

Aclaración No. 1 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Para las Partidas 22, 26 y 37 específicamente en las Bombas aspersoras:

Dice	Debe decir
...bomba aspersora manual de 20 litros con cilindro de bronce	...Bomba aspersora manual con capacidad de 20 litros con cámara de bronce, estructura simétrica, permite el cambio rápido de lado de accionamiento, sin uso de herramientas, incluye: Kit de repuestos con las piezas de

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'E.C.R.' and various scribbles.]



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

	mayor desgaste, boletín técnico y una boquilla para herbicidas, peso mínimo de 3.7 Kg.
--	--

Aclaración No. 2 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Para las **Partidas 40, 41 y 44** se aclara lo siguiente:

Dice	Debe decir
Paños Nylon de monofilamento calibre 0.47 x 3" x 100 x 100 metros (sierrero) verde o blanco	Paños Nylon triple nudo de monofilamento calibre 0.47 x 3" x 100 x 100 metros (sierrero) verde o blanco

Aclaración No. 3 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Para las **Partidas 41** se aclara lo siguiente:

Dice	Debe decir
Paño Nylon triple nudo robaleras calibre 120 x 6"x 50 x 100 metros, blanca	Paño Nylon doble nudo robaleras, hilo ovalado y/o tableado calibre 120 x 6"x 50 x 100 metros, blanca


Aclaración No. 4 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Para las **Partidas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42** la fecha en que deben estar disponibles los bienes adjudicados será de 15 días naturales a partir de la firma del contrato y se entregaran de acuerdo a la solicitud y programación de las áreas solicitantes.

Aclaración No. 5 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Partida 35 Dice:	Debe decir, Partida 35:
510 pieza Fogones ecológicos de combustión a base de leña que incluye: Suministro e instalación, capacitación a usuarios para su uso, seguimiento, garantía en sus partes y funcionalidad por seis meses a partir de su instalación.	475 pieza Fogones ecológicos de combustión a base de leña que incluye: Suministro e instalación, capacitación a usuarios para su uso, seguimiento, garantía en sus partes y funcionalidad por seis meses a partir de su instalación.

A J B R D G.C. R.



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

Nota: El o los licitantes ofertantes, deberán presentar una muestra del fogón ecológico cuya funcionalidad será evaluada por la SERNAPAM; asimismo, en caso de contar con la documentación emitida por alguna institución de investigación o certificación que acredite lo solicitado, deberá presentarla como parte del expediente técnico.

Nota: El o los licitantes ofertantes, deberán presentar una muestra del fogón ecológico cuya funcionalidad será evaluada por la SERNAPAM; asimismo, en caso de contar con la documentación emitida por alguna institución de investigación o certificación que acredite lo solicitado, deberá presentarla como parte del expediente técnico.

Municipio	Núm. de fogones a entregar
Cárdenas	100
Centla	65
Comalcalco	50
Cunduacán	50
Varios	55
Jonuta	20
Varios (Centla, Nacajuca, Jalpa de Méndez)	60
Nacajuca	110
Total	510

Municipio	Núm. de fogones a entregar
Cárdenas	100
Centla	75
Centro	15
Comalcalco	50
Cunduacán	50
Jalapa	30
Jonuta	10
Macuspana	10
Nacajuca	135
Total	475

Aclaración No. 6 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Partida 29 Dice:		Debe decir, Partida 29:	
200 Paquete Semilla de maíz variedad VS-536. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 saco semilla de maíz variedad:VS-536 (saco de 18 kg.)		100 Paquete Semilla de maíz variedad VS-536. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 saco semilla de maíz variedad:VS-536 (saco de 18 kg.)	
Municipio	Núm. de paquetes	Municipio	Núm. de paquetes
Cárdenas	50	Cunduacán	35
Comalcalco	10	Jalapa	20
Huimanguillo	20	Nacajuca	45
		Total	100

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'G.C.R.' and a circled '4'.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

Centla	10	
Centro	10	
Nacajuca	20	
Paraiso	10	
Cunduacán	10	
Jonuta	10	
Jalpa de Méndez	10	
Teapa	10	
Tacotalpa	10	
Jalapa	10	
Macuspana	10	
Total	200	

Aclaración No. 7 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Partida 36 Dice:	Debe decir, Partida 36:
1,000 Paquete Semillas. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 sobre semilla de chile habanero de 10 grs., 01 sobre semilla de tomate saladett de 10 grs. y 1/2 kg. semilla de cilantro (bolsa de 1/2 kg.) VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO	600 Paquete Semillas. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 sobre semilla de chile habanero de 10 grs., 01 sobre semilla de tomate saladett de 10 grs. y 1/2 kg. semilla de cilantro (bolsa de 1/2 kg.) VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO

Aclaración No. 8 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Partida 37 Dice:	Debe decir, Partida 37:
1,000 Paquete Herramientas y equipo. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 pieza pala recta con mango de madera, 01 pieza azadón con mango de madera, 01 pieza lima triangular de 6", 01 pieza machete acapulqueño de 27" y 01 pieza bomba aspersora manual de 20 litros con cilindro de bronce)	600 Paquete Herramientas y equipo. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 pieza pala recta con mango de madera, 01 pieza azadón con mango de madera, 01 pieza lima triangular de 6", 01 pieza machete acapulqueño de 27" y 01 pieza bomba aspersora manual de 20 litros con cilindro de bronce)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "C.C. R." and a circled "5".

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO	VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO
--	--

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCION AMBIENTAL

Aclaración No. 9 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Partida 38 Dice:	Debe decir, Partida 38:
1,000 Paquete Agroquímicos. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 kg. Captan (Fungicida), 01 pieza Cypermetrina (Insecticida) y 01 Litro Groo-green (Fertilizante foliar) VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO	600 Paquete Agroquímicos. (cada paquete incluye lo siguiente: 01 kg. Captan (Fungicida), 01 pieza Cypermetrina (Insecticida) y 01 Litro Groo-green (Fertilizante foliar) VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO

Aclaración No. 10 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Partida 39 Dice:	Debe decir, Partida 39:
1,000 Paquete Pollos de engorda y alimento. (cada paquete incluye lo siguiente: 50 piezas pollos de engorda de 2 días de nacidos pata amarilla y 01 saco de alimento balanceado iniciador para pollo al 20% de proteína (saco de 40 kgs. peletizado) VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO	600 Paquete Pollos de engorda y alimento. (cada paquete incluye lo siguiente: 50 piezas pollos de engorda de 2 días de nacidos pata amarilla y 01 saco de alimento balanceado iniciador para pollo al 20% de proteína (saco de 40 kgs. peletizado) VARIAS COMUNIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, DEL ESTADO DE TABASCO

Aclaración No. 11 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Se cancelan las Partidas 61, 62, 63, 64 y 65.

Aclaración No. 12 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Para la Partida 7 La capacitación debe darse en la ciudad de Villahermosa y será para Dos Usuarios.

Aclaración No. 13 correspondiente al Anexo A de la convocatoria:

Para las Partidas 18 y 19 los equipos deben incluir el hardware y software necesarios para el postproceso y la garantía debe ser por tres años en línea y en sitio.


(Handwritten signatures and initials)

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación



A.
X
8

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración, a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE JIVRA COMPUTERS & SYSTEMS, S.A. DE C.V.

De carácter administrativo:

PREGUNTAS	RESPUESTAS
¿A partir de que monto, está obligado el licitante adjudicado a presentar fianza de cumplimiento?	Los proveedores adjudicados con montos menores a \$50,000.00 que realicen las entregas dentro de los diez días posteriores a la fecha de firma del contrato no presentaran fianza de cumplimiento y buena calidad, lo anterior con fundamento en el Artículo 48 Último Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los proveedores con montos mayores a \$50,001.00 deberán presentar fianza de cumplimiento y buena calidad de los bienes.

De carácter técnico:

PREGUNTAS	RESPUESTAS
El servidor de la partida 8 menciona gabinete tipo rack 2u con rieles. ¿se refiere a un rack para el servidor? O si pudiera la convocante ampliar las especificaciones de esta partida.	No es un rack, es un servidor para montar en un rack 2U que se solicita en la Partida 12.
El gabinete para rack que se menciona en la partida 12 ¿se usara para el servidor de la partida 8?	Si, el gabinete solicitado en la Partida 12 será utilizado para instalar el servidor solicitado en la Partida 8
¿Acepta la convocante que el equipo propuesto para las partidas 14, 16 y 17 sea con procesador Intel Core i5 y memoria de 6gb?	No se acepta, deben ser procesador Intel core i7 y memoria de 8Gb de acuerdo al Anexo A o con características superiores
Los equipos de la partidas 14, 16 y 17 corresponden cabalmente a marca cuyo fabricante no proporciona servicio en sitio. ¿Puede el distribuidor presentarse a dar asistencia en el sitio en lugar del fabricante y ejecutar las acciones que el fabricante indique?	Se acepta, siempre y cuando el licitante lo manifieste con carta bajo protesta de decir verdad que él será el responsable del equipo en los traslados del sitio hasta el centro de servicio y viceversa, así mismo que no tendrán ningún costo adicional para la convocante.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V.

Preguntas	Respuestas
PARTIDA 59	
<p>SUBPARTIDA 17 SOLICITAN: ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO HPCL CON PUREZA DEL 99.50% EN FRASCO DE 2.5 L CON CERTIFICADO DE GRADO DE ACS. ¿Acepta la convocante Alcohol Etílico absoluto con pureza del 99.00 % en frasco de 4 L. con certificado de calidad grado ACS.</p>	Se acepta
<p>SUBPARTIDA 18 SOLICITAN: HEXANO EN CONTENEDOR DE 20L. EXCENTO DE RESIDUOS CON PUREZA DE 99.50 CON CERTIFICADO DE CALIDAD GRADO ACS. ¿Acepta la convocante Hexano en contenedor metalico de 20 L.excento de residuos con pureza de 98.5% con certificado de calidad grado ACS.</p>	Se acepta
PARTIDA 59	
<p>SUBPARTIDA 22. Sulfato de mercurio polvo anhidro en frasco de 250 g. con pureza del 99,5% y con certificado de calidad grado ACS ¿Acepta la convocante Sulfato de mercurio polvo anhidro en frasco de 250 g. con pureza del 98.00% y con certificado de calidad grado ACS</p>	Se acepta
<p>SUBPARTIDA 30. Sulfato Ferroso Amoniacal Hexahidratado en cristales en frasco de 2.5 Kg. con pureza del 99.5 % con certificado de calidad y hoja de seguridad grado ACS ¿acepta la convocante Sulfato Ferroso Amoniacal Hexahidratado en cristales en frasco de 2.5 Kg. con pureza del 98.50% con certificado de calidad y hoja de seguridad grado ACS</p>	Se acepta

G.C.

8

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014


OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

<p>SUBPARTIDA 31. Sulfato Manganeso monohidratado en polvo en frasco de 500 g. con pureza del 99.5 % con certificado de calidad grado ACS ¿acepta la convocante Sulfato Manganeso monohidratado en polvo en frasco de 500 g. con pureza del 98% con certificado de calidad grado ACS</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p>SUBPARTIDA 36. Cloruro de bario dihidratado en polvo en frasco de 250g. Con pureza de 99.5% de grado ACS. con certificado de calidad y carta de seguridad. ¿acepta la convocante Cloruro de bario dihidratado en polvo en frasco de 250g. Con pureza de 99.00% de grado ACS. con certificado de calidad y carta de seguridad.</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p>SUBPARTIDA 38. Cloruro de Sodio Anhidro en cristales en frasco de 500g. Con pureza de 99.5% de grado ACS. con certificado de calidad y carta de seguridad. ¿acepta la convocante Cloruro de Sodio Anhidro en cristales en frasco de 500g. Con pureza de 99.00% de grado ACS. con certificado de calidad y carta de seguridad.</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p>SUBPARTIDA 40. Cloruro de Magnesio Anhidro en cristales en frasco de 500g. con pureza de 99.5% de grado ACS. con certificado de calidad y carta de seguridad. ¿acepta la convocante Cloruro de Magnesio Anhidro en cristales en frasco de 500g. con pureza de 98.00% de grado ACS. con certificado de calidad y carta de seguridad.</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p>SUBPARTIDA 41. Persulfato de amonio anhidro cristales en frasco de 500 g. con pureza del 99,5 % con certificado de calidad y carta de seguridad de grado ACS. ¿acepta la convocante Persulfato de amonio anhidro cristales en frasco de 500 g. con pureza</p>	<p align="center">Se acepta</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'G. C. R.' and 'A.'.


**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación	
del 98.00% con certificado de calidad y carta de seguridad de grado ACS.	
SUBPARTIDA 42. <u>Persulfato de potasio anhidro en frasco de 500 g.con pureza del 99,5% con certificado de calidad de grado ACS.</u> ¿acepta la convocante Persulfato de potasio anhidro en frasco de 500 g.con pureza del 99.00 % con certificado de calidad de grado ACS.	Se acepta
PARTIDA 59	
SUBPARTIDA 45. <u>Sulfato de Sodio Anhidro cristales de grado Analyzed ACS, con pureza del 99.5 %, en fraco de 500 g. con certificado de calidad y carta de seguridad.</u> ¿acepta la convocante Sulfato de Sodio Anhidro cristales de grado Analyzed ACS, con pureza del 99.00 %, en fraco de 500 g. con certificado de calidad y carta de seguridad.	Se acepta
PARTIDA 59	
SUBPARTIDA 46. <u>Nitrato de potasio anhidro en cristales de grado ultrapuro, conpureza del 99.5% en frasco de 250g.con certificado de calidad y carta de seguridad.</u> ¿acepta la convocante Nitrato de potasio anhidro en cristales de grado ultrapuro, conpureza del 98.00% en frasco de 250g.con certificado de calidad y carta de seguridad.	Se acepta
SUBPARTIDA 47. <u>Dicromato de potasio anhidro en cristales de grado Analyzed en frasco de 500g.con pureza del 99.5 % con certificado de calidad y hoja de seguridad.</u> ¿acepta la convocante Dicromato de potasio anhidro en cristales de grado Analyzed en frasco de 500g.con pureza del 99.00 % con certificado de calidad y hoja de seguridad.	Se acepta

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

A.
X
S
P
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

<p>SUBPARTIDA 48. Fosfato de potasio monobasico anhidro cristales, con pureza del 99.5 % en frasco de 500 g.con certificado de calidad y hoja de seguridad. ¿acepta la convocante Fosfato de potasio monobasico anhidro cristales, con pureza del 99.00 % en frasco de 500 g.con certificado de calidad y hoja de seguridad.</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p align="center">PARTIDA 59</p>	
<p>SUBPARTIDA 50.Acido Glutámico en frasco. de 100 g. de grado Analyzed con pureza del 99,5% y con certificadso de calidad y hoja de seguridad. ¿acepta la convocante Acido Glutámico en frasco. de 100 g. de grado Analyzed con pureza del 99.0% y con certificadso de calidad y hoja de seguridad.</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p>SUBPARTIDA 51.Carbonato de Sodio anhidro en polvo de grado ultrapuro con pureza del 99.90 % en frasco de 100 g. con certificado de calidad y hoja de seguridad. ¿acepta la convocante .Carbonato de Sodio anhidro en polvo de grado ultrapuro con pureza del 99.50 % en frasco de 100 g. con certificado de calidad y hoja de seguridad.</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p align="center">PARTIDA 59</p>	
<p>SUBPARTIDA 52.Cloruro de Sodio anhidro de grado ultra puro con pureza del 99.90 % con certificado de calidad y Carta de seguridad en frasco de 100 g ¿acpeta la convocante .Cloruro de Sodio anhidro de grado ultrapuro con pureza del 99 % con certificado de calidad y Carta de seguridad en frasco de 100 g</p>	<p align="center">Se acepta</p>
<p align="center">PARTIDA 58</p>	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'B', 'E', 'R', 'G.C.', and others.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

<p>SUBPARTIDA 32. Careta para protección facial de fluoroetano transparente y resistente a sustancias químicas corrosivas. <u>¿Acepta la convocante</u></p> <p><small>El respirador <i>Advantage 3000</i> de MSA, está diseñado para trabajos en los que se requiere protección contra partículas suspendidas, polvos, diferentes vapores orgánicos y gases ácidos. El diseño de sello facial patentado <i>AnthroCurve</i>, que facilita el ajuste a la cara y evita la entrada de aire no deseado a la cámara del respirador creando, la seguridad en el área de trabajo. Además, la lente de protección con un revestimiento resistente a rayones.</small></p>	<p>Se acepta</p>
<p>SUBPARTIDA 72 Pinza recta de acero inoxidable de 35 cm. de largo para diversas aplicaciones en laboratorio <u>¿Acepta la convocante Pinza recta de acero inoxidable de 30 cm. de largo para diversas aplicaciones en laboratorio</u></p>	<p>Se acepta</p>

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

a) De Carácter Técnico

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Partida No. 1) Se sugiere archivero, con las siguientes características, 4 gavetas vertical 0.47x0.65x1.32Mts. en lámina rolada en frío calibre 24, correderas embaladas, para fácil deslizamiento, jaladera fabricada en poliestireno de alta resistencia, cerradura superior cromada, permitiendo cerrar todas las gavetas al mismo tiempo y porta etiquetero. Mayor calidad, resistencia y funcionalidad. Se Acepta?	Si, se acepta
2	Partida No. 2) Se sugiere calibre 22 en los entrepaños y frente de 90 cm. Se acepta lo sugerido en la propuesta?	Si, se acepta
3	Partida No. 2) Se propone 2.13 de altura o saber la altura del lugar de almacenaje?	Si, se acepta

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

	Se acepta lo propuesto?	
4	Partida No. 3) Se sugiere puertas de acero metálicas fosfatizadas con pintura epoxica horneada, con las siguientes medidas 0.75x0.35x1.70Mts., se acepta lo sugerido en la propuesta?	Si, se acepta en color negro
5	Partida No. 4) Solicitamos se nos proporcione el área a modular de los puestos operativo, así como imagen y diseño del mobiliario solicitado.	El Licitante realizó visita física.
6	Partida No. 4) Se propone a la convocante mamparas para los puestos operativos en las siguientes medidas, de 1.20 x 1.68 y 1.50 x 1.08Mts., para conformar módulos de 1.20 x 1.50, para mayor funcionalidad. Se acepta lo propuesto?	Si, se acepta
7	Partida No. 4) No se menciona acabados y color de las cubiertas en los módulos operativos. Proveedor propone laminado plástico de 28 mm así como el color.	Si, se acepta, laminado plástico chocolate
8	Partida No. 4) Favor de proporcionar color de tela para tapizado de mamparas.	Color azafrán.
9	Partida No. 4) Proveedor solicita se le proporcione para los elementos de guarda superior e inferior (Gabinete y Pedestal) Acabados en los frentes?	Gabinete con llave acabado laminado plástico

A M E B R G. C. R.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE IMPULSORA NACIONAL DE INNOVACION
TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.**

a) De carácter administrativo

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. En el Anexo A, partidas 61 a 65, columna denominada "Tiempo de entrega" se indica 120 días, pero no se especifica si son posteriores a la fecha de fallo, o posteriores a la firma de contrato, ya que dentro de la licitación hay partidas como la 59 donde el plazo es posterior a la fecha de fallo, y otras como la 49 y 50, donde los plazos se indican como posteriores a la firma del contrato. Se solicita a la convocante especificar si el plazo indicado en las partidas 61 a 65 hace referencia a después de la fecha de fallo o después de la fecha de contrato.	El plazo límite para la entrega y puesta en marcha de las Partidas 61, 62, 63, 64 y 65 será el 30 de noviembre del presente año.


PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- EN LAS PARTIDAS 22, 26, 31, 37, MENCIONA 01 PIEZA DE AZADON CON MANGO DE MADERA. PERO NO DICE DE CUANTAS LIBRAS (EXISTEN DE 1.5 LB., 1.6 LB., 1.7 LB., 1.8 LB.). FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO.	Los Azadones son de 1.5 Lb. con ancho de hoja de 6 3/4"
2.- EN LAS PARTIDAS 23, 27, 32, 38 MENCIONA 01 PIEZA DE CIPERMETRINA INSECTICIDA. PERO NO DICE DE CUANTOS ML. FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO.	Cipermetrina en presentación de 240 ML.
3.- EN LAS PARTIDAS 23, 27, 32, 38 MENCIONA 01 LITRO DE FERTILIZANTE FOLIAR. PERO NO DICE LA FORMULACION DE ESTE PRODUCTO. FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO.	La fórmula es: 20-30-10 + Nitrógeno 20%, Fosforo 30%, Potasio 10%, Magnesio 500 PPM, Boro 200 PPM, Zinc 150 PPM, Cobre 110 PPM, Molibdeno 70 PPM y la presentación es Kilogramo.

A M B R G-C

R.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



A.
X
X

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014
OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.**

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

b) De carácter Técnico

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1_ PARA LA PARTIDA 51 SOLICITAN CARPETA DE 3 ARILLO DE 3.5". LAS CARPETA DE ARILLO SOLO VIENEN DE 3 Y 4 PULGADAS PODRIAN LA CONVOCATE EN QUE MEDIDA SOLICITAN LAS CARPETAS	Se acepta de 3"
2_ PARA LA PARTIDA 51 SOLICITAN CAJAS DE ARCHIVOS T/CARTA PODRIAN ESPECIFICAR SI ES DE CARTON O PLASTICO.	Se requieren cajas de archivo muerto de plástico
3_ PARA LA PARTIDA 51 SOLICITAN NOTAS ADHESIVAS 3" PODRIAN ESPECIFICAR LA MEDIDA Y CON CUANTAS HOJAS	De 3 x 3 de 100 hojas
4_ PARA LA PARTIDA 52 CINTA ADHESIVA (DIUREX) DE 36MMX65M EN ESA MEDIDA NO SE MANEJA SOLO LA CINTA MASKING (ACEPTA EL CONVOCANTE QUE SE LE COTICE LA CINTA ADHESIVA DE 24MMX65M)	Se acepta en medidas de 24 mm x 65 m
5_ PARA LA PARTIDA 52 FOLIADOR DE 4 DIGITOS ESTE FOLIADOR NO VIENE DE 4 DIGITOS SOLO SE MANEJA 6, 7,8 Y 10 (SE SOLICITA AL CONVOCANTE QUE ESPECIFIQUE DE CUANTOS DIGITOS)	Se requiere foliador de 6 dígitos
6_ EN LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 Y LA 6 ESTAN SOLICITANDO 15 DIAS DE ENTREGA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SE	Se acepta entregar 35 días naturales a partir de la notificación del fallo

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page)

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

<p>AMPLIA LA ENTREGA A 30 DIAS, YA QUE ES EL TIEMPO ESTIMADO PARA PODER ENTREGAR LOS BIENES.</p>	
<p>7_ EN LA PARTIDAS 8, 9, 10, 11, 12 Y LA 50 ESTAN SOLICITANDO 15 DIAS DE ENTREGA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SE AMPLIA LA ENTREGA A 25 DIAS, YA QUE ES EL TIEMPO ESTIMADO PARA PODER ENTREGAR LOS BIENES</p>	<p>Se acepta entregar 35 días naturales a partir de la notificación del fallo</p>

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE REACTIVOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- Partida 47.- ESPECTROFOTOMETRO Y/O ESPECTROFOTÓMETRO DE ADSORCIÓN ATÓMICA. Se indica que el tiempo de entrega es de 30 días posteriores al fallo. Por la naturaleza del equipo solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 90 días.</p>	<p>Se acepta entregar el equipo 60 días naturales posteriores al fallo</p>

b) De carácter Técnico

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Partida 47.- ESPECTROFOTOMETRO Y/O ESPECTROFOTÓMETRO DE ADSORCIÓN ATÓMICA. 1.- Las características del sistema óptico y diseño en general del equipo solicitado en esta partida, pertenecen a la marca Perkin Elmer, Por lo que la patente solo pertenece a esta marca. Debido a esto ésta empresa es la única en cumplir con dichas características. Por lo que solicitamos que se nos permita cotizar un equipo similar al solicitado, con</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando las características ofertadas sean similares o superiores a las requeridas y se comprometa el proveedor a realizar la instalación y capacitación para su operación y puesto en servicio en las instalaciones del laboratorio ambiental de la SERNAPAM, lo cual deberá mencionarlo en su propuesta Técnica.</p>

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

los accesorios y partes requeridas, pero con características propias de nuestra marca.	
2.- Con respecto a las lámparas de cátodo hueco existentes en su laboratorio, para el caso de no ser compatibles con el instrumento que se oferte, ¿Debemos incluir las lámparas de cátodo hueco propias del instrumento en nuestra oferta?	Se deben incluir las lámparas propias del equipo con todos sus accesorios necesarios para su instalación.
3.- Está solicitando el quemador fabricada de titanio con longitud de ranura de 5 cm para la flama de óxido Nitroso- Acetileno para Cr, Ca, V, Requiere también se incluya el cabezal de Aire-acetileno para el análisis de Pb, Zn, Mg, Mn, Fr, Cd, Na, K, Cu y Ni?	Deberá incluir todo lo necesario para que los equipos queden instalados y en operación
4.- Para el análisis de Arsénico y Mercurio de acuerdo a normas mexicanas se realiza por la técnica de generador de Hidruros. ¿Para ésta licitación requiere se incluya Generador de Hidruros automático de flujo continuo?	Se deberá incluir para determinar dichos elementos.

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE REPRESENTACIONES MEXICANAS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.**

a) De carácter administrativo

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Página no. 22 / 23. Fecha de acto de presentación y apertura de proposiciones. Favor de confirmar que se puede dar a un representante de la empresa una carta poder donde se otorgue el poder para para</p>	<p>Podrán presentar para este caso el Anexo No. 24 Formato de carta poder simple, acompañada del Anexo No. 6</p>

Handwritten signatures and initials: *R, H, S, B, R, G-C, K.*

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

todo el proceso de licitación.

Esta carta será acompañada con el Anexo no. 6 , que se requiere en bases de licitación, firmada por el representante con el poder notarial que sustente tal efecto.


b) De carácter Técnico

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Punto b.1.2 CONTENIDO NACIONAL	No presento ninguna pregunta al respecto del punto mencionado.
Punto e) IDIOMA DE LA DOCUMENTACION (página 9) Solicitamos muy atentamente que se acepten los folletos en idioma del fabricante y en su caso adjuntar una breve descripción del equipo ofertado.	Se aceptan los folletos en idioma del fabricante, siempre y cuando sean acompañados de su respectiva traducción al idioma español.
Punto b.2.2 (página no. 38) Considerando el tipo de licitación y por la amplitud del proyecto, consideramos de vital importancia contar con una empresa que tenga el personal suficiente disponible para cualquier eventualidad y no estar limitado en caso de urgencia.	Se otorgara la puntuación de acuerdo al punto b.2.2 de la convocatoria
Punto b.2.4 (página no. 38) Favor de confirmar que se requiere únicamente de la foto de la fachada de la empresa y del taller de servicio.	Se acepta
Partidas 45,49 Se solicita amablemente a la convocante que para las partidas 45, 49 se requiera que los licitantes sean avalados por un sistema de calidad como el ISO9001:2008 para garantizar que la empresa proveedora de servicios y equipos trabaje bajo estándares nacionales e internacionales de calidad lo	No se requiere para dichas Partidas.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



[Handwritten signatures and marks on the right margin]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

<p>que beneficia a la secretaría para asegurarse que los trabajos y entregas se realizaran en tiempo y forma además de ser hechos bajo altos estándares de calidad.</p>	
<p>Partida 45 Se solicita amablemente a la convocante que las especificaciones de la partida 45 se abran ya que se están especificando números de parte de una marca específica que es vendida exclusivamente por un solo distribuidor lo que limita la libre participación de otras empresas. Por lo anterior solicitamos se acepten equipos con características competentes y superiores a las solicitadas en el anexo técnico.</p>	<p>Se acepta ofertar siempre y cuando las características sean iguales o superiores a las requeridas y compatibles a las requeridas en el Anexo A de la presente Licitación</p>

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE JORGE LUIS DIAZ LARA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA 7, NINGUN PROVEEDOR INCLUYE CAPACITACION, SE PUEDE ELIMINAR ESTA PARTE ?	No se acepta, se requiere capacitación.
PARTIDA 13, 18, 19 SE ACEPTA OFRECER GARANTIA POR UN AÑO?, EL FABRICANTE SOLO OFRECE UN AÑO	No se acepta
PARTIDA 21,23,25,27,29,36,37,38, SE SOLICITA PARA LA ENTREGA 60 DIAS NATURALES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO POR CUESTIONES DE SURTIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y/O FABRICANTES.	No se acepta
PARTIDA 30,31,32,50,51,52,53 SE SOLICITA PARA LA ENTREGA 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO	No se acepta
<p>En la partida 35.- No se aclara ¿De que material esta hecho el fogón? Nosotros ofrecemos un fogón ecológico fabricado a base de lámina y metal fabricado en México, por</p>	<p>Se acepta cotizar dicho fogón, sin embargo estará limitado a la valoración que se realizara en la presentación de muestra física.</p>

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



A
X

[Handwritten signatures and initials]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCION AMBIENTAL

<p>una compañía con gran solvencia moral y tecnológica suficiente, que ha fabricado y entregado miles de fogones a nivel nacional, y con una garantía de 12 meses sobre defectos de fabricación.</p>	
<p>La entrega en las comunidades ¿Se hará en un solo punto en la comunidad ó en el domicilio de cada uno de los beneficiarios? ¿la capacitación será por grupos de beneficiarios en la comunidad o personal a cada uno de los beneficiarios? Debido a que este punto afecta y aumenta directamente los costos solicitamos su pronunciamiento sobre estos puntos.</p>	<p>La entrega se realizara en cada domicilio de los beneficiarios y la capacitación será por grupos en cada comunidad</p>
<p>Ofrecemos capacitar a los beneficiarios por grupos en cada comunidad es decir si en la comunidad hay 50 beneficiarios, se junta a los 50 y se les da la capacitación, asesoría e instrucciones de uso con el fogón de muestra, además de realizar la entrega física del fogón a cada uno de los beneficiarios o en el domicilio de cada uno de ellos (previo pronunciamiento de la parte solicitante), no haremos adecuaciones, ni construcción de ningún tipo estos trabajos deberán correr a cargo del beneficiario si fuera necesario.</p>	<p>El fogón deberá ser entregado listo para su uso.</p>
<p>-La parte requirente, solicita 15 días de entrega a partir de la fecha de firma del contrato: Debido a que los fogones deberán ser fabricados desde cero se solicitan 60 días de plazo para realizar la entrega de los mismos.</p>	<p>No se acepta</p>
<p>Se pide presentar la muestra física el día de apertura de las proposiciones, puedo presentar foto ya que el tiempo es muy corto para que me llegue la muestra.</p>	<p>Deberá presentar muestra física con la finalidad que se puedan realizar pruebas de calor, resistencia y cocción de 1 Kg. de frijol.</p>

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

En la Partida 48 que instalación requieren en el laboratorio?

Solo la prueba de funcionamiento

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

a) Carácter Administrativo

Preguntas	Respuesta
En la Convocatoria de la Licitación se presenta un formato de Carta Poder Simple. Para la entrega de la Propuesta ¿Se debe presentar este documento en caso que no sea el representante legal de la empresa el que la entregue? ¿Es causa de descalificación?	Podrán presentar para este caso el Anexo No. 24 Formato de carta poder simple, acompañada del Anexo No. 6
En el anexo "A" se menciona en la columna de Instalación la leyenda SI. Puede la convocante aclarar ¿A qué se refiere con la instalación?	Se refiere a la conexión de los cilindros a las líneas de gas instaladas en el área correspondiente.

b) Carácter Técnico

Preguntas	Respuesta
En el anexo A Partida 60 se menciona Aire ultra puro Extraseco, grado cromatográfico y espectrofotométrico (con pureza del 99.998 % en cilindro con capacidad de 6.00 M3, cada uno). Sin embargo el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, el aire extraseco marca praxair tiene la especificación por componente por partes por millón: Oxigeno (O2) 19.5% - 23.5% Humedad (H2O) < 10 ppm Presión mínima de 2460 psi cilindro tipo k capacidad 6.68 Conexión CGA 590 Estas especificaciones cumplen con su solicitud? Si no, por favor aclarar cuales serian?	Si cumple y se acepta

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

**SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**

<p>En el anexo A Partida 60 se menciona Gas de Nitrogeno grado cromatógrafico, (con pureza del 99.998% en cilindro con capacidad de 6M3). No indica control de impurezas. El NITROGENO GRADO 4.8 con un mínimo de pureza de 99.998 %. Marca Praxair cuenta con contenido máximo por componente por partes por millón: Oxigeno (O2) < 5 ppm Humedad (H2O) < 3 ppm Presión Mínima de 2640 PSI Capacidad de 6.57 m3 Cilindro Tipo K Conexión CGA 580 Este control de impurezas cumple con su solicitud? Si no, aclarar cuales serian</p>	<p>Si cumple y se acepta</p>
<p>En el anexo A Partida 60 se menciona Gas de Hidrogeno grado cromatógrafico, (con pureza del 99.998% en cilindro con capacidad de 6M3). No indica control de impurezas. El HIDROGENO GRADO 5.0 con un mínimo de pureza de 99.999 %. Marca Praxair con contenido máximo por componente por partes por millón: Oxigeno (O2) < 1 ppm Humedad (H2O) < 3 ppm Contenido Total de Hidrocarburos (THC) < 0.5 PPM Cilindro Tipo K Capacidad de 5.49 M3 Presión Mínima de 2640 PSI Conexión CGA 350 Estas especificaciones cumplen sus requerimientos?</p>	<p>Si cumple y se acepta</p>
<p>En el anexo A Partida 60 se menciona Gas de Helio grado cromatógrafico, (con pureza del 99.998% en cilindro con capacidad de 6M3). Las especificaciones de trazas para el HELIO GRADO 5.0 Con un mínimo de pureza 99.999 %.</p>	<p>Si cumple y se acepta</p>

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)



SERNAPAM

Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco. ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Marca Praxair con contenido máximo por componente por partes por millón:
Oxígeno (O2) < 1 ppm
Humedad (H2O) < 2 ppm
Contenido Total de Hidrocarburos (THC) < 0.5 ppm
Nitrógeno (N2) < 0.5 ppm
Presión Mínima 2640 PSI
Capacidad 5.95 m3
Cilindro Tipo K
Conexión CGA 580
Estas especificaciones cumplen con sus requerimientos?

En el anexo A Partida 60 se menciona Gas Argón grado cromatográfico, (con pureza del 99.998% en cilindro con capacidad de 6M3).
Las especificaciones del ARGON GRADO 4.8 Con un mínimo de pureza 99.998 %. Marca Praxair con contenido máximo por componente por partes por millón:
Oxígeno (O2) < 5 PPM
Humedad (H2O) < 5 PPM
Cilindro Tipo K
Capacidad de 6.88 M3
Conexión CGA 580
Estas especificaciones cumplen con su solicitud?

En el anexo A Partida 60 se menciona Gas de Óxido Nitroso alta pureza del 99.5% en cilindro con capacidad de 27.50kg.
El OXIDO NITROSO DE ABSOCION ATOMICA GRADO 2.5 con un mínimo de pureza de 99.5%.
Marca Praxair
Cilindro Tipo K Tiene una apacidad mínima de 29.00 kilos
Conexión CGA 326
Se puede presentar propuesta con esta capacidad?

Si cumple y se acepta

Si cumple y se acepta

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

En el anexo A Partida 60 se menciona Gas Acetileno grado Adsorción Atómica, (con pureza del 99.5% en cilindro con capacidad de 6kg).
El ACETILENO DE ABSORCION ATOMICA GRADO 2.6. Con una pureza minina de 99.6%. Marca Praxair con contenido máximo por componente por partes por millón:
O2 + CH4 < 4000 PPM
PH3 < 20 PPM
Capacidad de 10.00 KILOS
Cilindro Tipo A5 CGA 510
Estas especificaciones cumplen con sus requerimientos?

Si cumple y se acepta

En el anexo A Partida 60 se menciona Nitrógeno 8.0 en cilindro con capacidad de 8 M3.
Se ofrece a la convocante NITROGENO grado 6.5 Pureza mínima de 99.99995%. Marca Praxair con contenido máximo por componente por partes por millón:
O2 <= 50 NMOL/MOL MAX
H2O <= 150 NMOL/MOL MAX
CO2 <= 40 NMOL/MOL MAX
CO <= 10 NMOL/MOL MAX
THC <= 10 NMOL/MOL MAX
XENON <= 10 NMOL/MOL MAX
KRIPTON <= 10 NMOL/MOL MAX
PRESION Mínima de 2640 PSI
Capacidad de 8.69 m3
CONEXION CGA 580
Puede la convocante responder si se acepta la solicitud?
En su caso también se ofrece nitrógeno industrial en presentación de 6 metros cúbicos en cilindro tipo K con CGA 580. En caso de solo requerir hacer barridos en sus líneas y pruebas de hermeticidad. Puede la convocante aclarar si acepta esta solicitud?

Si cumple y se acepta

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE HERRAMIENTAS, FILTROS Y ESPECIALIDADES

S. A. DE C. V.


a) De carácter administrativo

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- solicitamos a la convocante nos proporcione los tiempos y lugares de entrega para las partidas 22, 26, 31, 34 y 37	Los programas, calendarios y rutas serán entregados al proveedor que resulte adjudicado después de la entrega del pedido.
2.- El anexo A indica un tiempo de entrega de 15 días posteriores a la firma del contrato para las partidas 22, 26, 31, 34 y 37 por lo cual solicitamos a la Convocante se amplié el tiempo de entrega para estas partidas a 30 días debido a que el fabricante de estos productos nos da un tiempo de entrega de 25 días, ya que la cantidad global en piezas que se manejan para estas partidas son de alrededor las 4000 pzas	Favor de remitirse a la aclaración No. 4 de la presente acta.
3.- V. Criterios de evaluación de las propuestas, b.3) Experiencia y Especialidad del licitante, b.3.1) Experiencia: solicitamos a la convocante nos indique como se valoran los contratos multianuales que abarcan los años 2011, 2012 para efectos de la puntuación	Se considerara los ejercicios acreditados en los contratos multianuales.

b) De carácter Técnico

PREGUNTAS	RESPUESTAS
4.-Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar Fumigador de mochila de 20 litros con las siguientes características: Sistema de bombeo lateral con una presión de trabajo de 44 psi, pipeta de fibra de vidrio con una longitud de 66 cm, dos boquillas de polipropileno (cono- abanico), tanque traslucido de polietileno que permite ver el nivel del líquido, manguera de pvc de ¼ de diámetro y longitud de 1.20 m, y con un peso de 3.7 koms	No se acepta.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

De conformidad con el Artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Prolongación de Avenida 27 de Febrero s/n, explanada plaza de toros, Col. El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> y en la página web de la Convocante <http://sernapam.tabasco.gob.mx>.


Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **viernes 22 de agosto de 2014**, en la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales de la SERNAPAM, a las **09:00 Hrs.**, siendo un acto formal que **dará inicio puntualmente**, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el Artículo 47 Cuarto Párrafo del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consulta a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria ni al Anexo A, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta de aclaraciones, siendo las 13:30 horas, del día viernes 15 del mes de agosto del año 2014.

Esta Acta consta de 31 hojas, y se anexan 32 hojas con las preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "G.C." and several illegible signatures.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N5-2014
OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SERNAPAM:

NOMBRE	FIRMA
C. Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales Representante del Presidente	
C. Matías Miranda Beltrán Representante del Secretario Técnico	
L.C.P. Guillermo Montes Ferrer Primer Vocal	
Lic. Ramón C. González Mandujano Representante del Segundo Vocal	
L.E. Ignacio Cruz Hernández Representante del Tercer Vocal	
Lic. José Israel Ble González Representante del Cuarto Vocal	


POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SERNAPAM:

NOMBRE	FIRMA
Lic. Priscila Corral Tamayo Representante del Asesor	

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO:

NOMBRE	FIRMA
Lic. Marbella Félix Jiménez Representante de la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación	

(Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page, including 'G.C.', 'R.', and 'D.')









**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014



OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,

POR LOS INVITADOS:

NOMBRE	FIRMA
Ing. Ana Graciela López Ovando Representante de la Dirección de Gestión y Prevención Ambiental	
Ing. María Jesús Peralta Almeida Representante de la Dirección de Desarrollo Comunitario	
Ing. Rubí Gómez Díaz Representante de la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones	
Biol. Verónica García Ordoñez Representante de la Dirección de Servicios Ambientales	
Lic. Ramón Cruz de la Cruz Representante de la Dirección de Ordenamiento Ecológico	
Tec. Cuauhtémoc Córdova Izquierdo Representante de la Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales	

POR LA DELEGACION TABASCO SEMARNAT:

NOMBRE	FIRMA
C. Liliana Samberino Marín Jefe de la Unidad Jurídica	
C. Alex Armando Ochoa Ruiz Jefe del Departamento de Tecnología y Sistemas	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the initials "G.C." and several illegible signatures.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N5-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: De acuerdo al Anexo A de la presente Licitación

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	C. Manuel Carrillo R. pmsvillah@pmsteele.com.mx	
Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A. de C.V.	C. Feliciano Zamora Hdez. felicianovaqueiros@hotmail.com	
Herramientas, Filtros y Especialidades, S.A. de C.V.	C. Hugo Fuentes Esperón herramientasyfiltros@gmail.com	
Marco Antonio Pérez Cacep	C. Josafath Cardenas Rosique drperezcacep@hotmail.com	
Grupo Comsurlab, S.A. de C.V.	C. Nallely Tinah Cruz hromero@grupocomsurlab	
Perkin Elmer de Mexico, S.A.	C. Humberto Rivera humberto.rivera@perkinelmer.com	
Daniel de la Cruz López	C. Miguel Salvador Vivas Hidalgo serviagropec@hotmail.com	
Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V.	Ing. Javier Virniez C. Agroveterinaria_hguillo@hotmail.com	
Representaciones Mexicanas de Maquinarias y Equipo, S.A: de C.V.	C. Daniel Chavez Trejo daniel@repmex.com.mx	
Praxair México S. de R,L. de C.V.	C. Jose Antonio Toto Marín jose_toto@praxair.com	
Jivra Computers & System, S.A. de C.V.	C. Jorge Ivan Vera Ramirez jivra@santandreu.com.mx	
Santandreu, S.A. de C.V.	C. Pablo de la Luz A. pablo@santandreu.com.mx	

----- FIN DEL ACTA -----